

令和 7 年 7 月 2 9 日

入札参加予定者 様

鳥取市長 深澤 義彦
(公 印 省 略)

質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

質 問 回 答 書	
件 名	自動体外式除細動器（AED）51台の賃貸借
公 告 日	令和7年7月22日
提 出 年 月 日	令和7年7月29日
質問事項	
壁掛け固定のAED収納ボックス取付けにあたり、アスベストの事前調査はお済みでしょうか。	
回 答	
設置対象施設については、現在設置されている AED 収納ボックスの設置形態や材質などを事前に調査済です。	
また、過去にアスベストが検出された建物、あるいは検査が未実施の建物のコンクリート壁には、新たに固定式での AED 設置は行わず、置き型などの別の方法で設置していただくこととします。	